

REQUISIÇÃO DE COMPRAS:

3403 / 2026

Dotação Orçamentária: 03.01.01.17.5123001.2001.44905200 - Ficha 34 - COMPRA DIRETA - Material patrimoniado (Setor Controle

Tipo de Requisição: Compra Direta

Data 05/10/2026

Destin. da Entrega: Almoxarifado Central - Vila Avai

Endereço: Rua Tangará, nº 540 - Vila Avai, Indaiatuba / SP - CEP 13333-230

Aplicação: 6002 - CONTROLE DE QUALIDADE - ETA III

Natureza do Produto: AQUISIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO

Objeto / Justificativa: Aquisição de equipamento, sendo Bureta Digital de 25mL, para a realização de análises realizadas no laboratório de Águas e Estações de tratamento de Água (ETAS), para atendimento das legislações vigentes, através de compra direta.

OBS: Item fracassado no PE 63/2026.

Previsão de Gasto no Exercício: 16.376,26

Forma de Entrega: conforme pedido

Item	Produto	Quant.	Unid.	Descrição	Vi. Anterior
1	19.1799	2	un	BURETA DIGITAL PABURETA DIGITAL PARA FRASCO, CONTINUA SEM IMPULSOS, CLASSE A, ALIMENTAÇÃO COM PILHAS AAA, VOLUME DE 0 A 25 ML A FRASCO, CLASSE A, CONTINUA SEM IMPULSO, VOLUME DE 0 A 25 ML	6.300,00

Bureta digital para titulação manual; através de rodas laterais de manuseio suave, permitindo dispensação contínua e sem impulsos; monocal; capacidade de 0,01 a 25 ml; classe A; deve ter precisão de bureta de vidro classe A de acordo DIN EN ISO 385; certificado de qualidade individual deve atender a ISO 8655-3:2002; alimentação através de duas pilhas AAA; resolução mínima de 0,01 ml; leitura do volume dispensado em display digital de fácil visualização; o volume titulado no display deve oferecer opção de ser alterado de 2 para 3 casas decimais; deve ter dois botões independentes de liga/desliga e clear/pause para apagar e selecionar as funções; deve possuir pistão de PTFE e cilindro em vidro borossilicato de alta resistência química; sistema de vedação de baixa manutenção projetado para minimizar a formação de bolhas de ar; janela de inspeção para visualização do cilindro com opção de proteção tipo ambar contra luz; com válvula de segurança e recirculação para evitar perda de reagentes e facilitar a purga; deve possuir canula de medição regulável de 360 graus para adaptação em frascos de diversas alturas e ajustável de forma horizontal e vertical para permitir adequar facilmente a posição da bureta para uso em um agitador magnético; sistema de enchimento direto do frasco de reagente dispensando transferência manual; sistema de travamento mecânico e eletrônico para evitar variações não intencionais de volume durante a operação garantindo a integridade dos resultados analíticos e a segurança do operador; deve ter conexão direta em frascos de boca do tipo GL45; devem acompanhar adaptadores em PP para frascos de boca 40/38/21 mm; calibração rastreável; manual de instruções; garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação; equipamento fornecido pronto para uso com todos os acessórios necessários para instalação e operação.

Declaramos para fins de atender à Lei de Responsabilidade Fiscal, que esta despesa está contida no PPA 2026 a 2029 e LDO 2026, através da dotação ficha nº 34, Programa nº 3001, Atividade/Projeto nº 2001

Declaramos para efeito de atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que esta despesa não ocasiona impacto Financeiro/Orçamentário, por não se tratar de criação, expansão ou aperfeiçoamento governamental.

Daiane Dias

Gestor

Daiane Dias

Setor Controle de Qualidade

CRQ 04471705-48 MG

Responsável pela demanda

João Binelli

Diretor de Depto. Tratamento/Manutenção/CQ
CRQ IV 04561736
SAAE - Indaiatuba

